Cod.N° 1023

NOME DEL KIT : IPT PISCINE

TIPO DI ANALISI: colorimetrica

METODO: Misurazione del pH con indicatore misto pH e del cloro con il DPD.

SENSIBILITA': 0,2 unità di pH / 0,1 ppm Cl_2

NUMERO DETERMINAZIONI: 120 / 150

CONTENUTO DEL KIT:

- 1 flacone 15cc reagente Cloro DPD A
- 1 flacone 15cc reagente Cloro DPD B
- 1 flacone 15cc reagente Cloro DPD C
- 1 flacone 15cc reagente pH 6,5-8,5
- 1 provetta da 10cc con tappo
- 1 siringa da 5cc
- 1 scala cromatica
- istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Poiché le acque di piscina contengono normalmente sostanze organiche che possono combinarsi con il cloro formando clorammine, è opportuno effettuare la rilevazione di cloro libero, cloro totale e cloro combinato, ricorrendo al metodo al DPD

RICAMBI DISPONIBILI

- reagente A, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3239
- reagente B, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3240
- reagente C, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3241
- reagente pH, confezione da 6 flaconi da 15cc Cod.N° 3208
- provetta da 10cc, confezione da 12 Cod.N° 3312
- scala cromatica Cloro DPD, 1 pezzo Cod.N° 3405
- scala cromatica pH 6,8-8,4 Cod.N° 3415

SCHEDA DI SICUREZZA: 1023