




5006 DUREZZA ECONOMICO

TIPO DI ANALISI: volumetrica

METODO: Titolazione con reagente unico (titolante-indicatore)

SENSIBILITA': 1 grado francese

NUMERO DETERMINAZIONI: 300 gradi francesi

CONTENUTO DEL KIT:
- 1 flacone 15cc titolante-indicatore durezza
- 1 provetta da 10cc
- istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Per una maggiore precisione consigliamo l'IPT Durezza 1015, in cui il titolante è separato dall'indicatore, a favore di un migliore viraggio del colore
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte analisi e una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi inferiore.

RICAMBI
Non sono disponibili per i kit economici

INTERFERENZE
Rame > 2 ppm.
Alluminio, Piombo, Stronzio e Zinco > 5 ppm.
Manganese > 10 ppm.
Ferro > 20 ppm.
Colorazioni dell'acqua tali da impedire l'apprezzamento dei viraggi di colore dell'indicatore.
Basse temperature dell'acqua rallentano il viraggio dell'indicatore.
La temperatura consigliata per l'analisi è tra i 20 e i 30°C.

DISPONIBILE CON SENSIBILITÀ 1 GRADO TEDESCO CODICE 5007

5001 DUREZZA ECONOMICO

TIPO DI ANALISI: volumetrica

METODO: Titolazione con reagente unico (titolante-indicatore)

SENSIBILITA': 1 grado francese

NUMERO DETERMINAZIONI: 600 gradi francesi

CONTENUTO DEL KIT:
- 2 flaconi 15cc titolante-indicatore durezza
- 1 provetta da 10cc
- istruzioni

OSSERVAZIONI:
- Per una maggiore precisione consigliamo l'IPT Durezza 1015, in cui il titolante è separato dall'indicatore, a favore di un migliore viraggio del colore
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte analisi e una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi inferiore.

RICAMBI
Non sono disponibili per i kit economici.

INTERFERENZE
Rame > 2 ppm.
Alluminio, Piombo, Stronzio e Zinco > 5 ppm.
Manganese > 10 ppm.
Ferro > 20 ppm.
Colorazioni dell'acqua tali da impedire l'apprezzamento dei viraggi di colore dell'indicatore.
Basse temperature dell'acqua rallentano il viraggio dell'indicatore.
La temperatura consigliata per l'analisi è tra i 20 e i 30°C.

DISPONIBILE CON SENSIBILITÀ 1 GRADO TEDESCO CODICE 5004