

6133 HCK COLORTEST RAME

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità di colore del complesso blu formato per reazione del rame con la bis-cicloesilidenidrazide dell'acido ossalico.

SENSIBILITA': 0,1 – 0,2 – 0,4 – 0,6 – 0,8 – 1 – 2 – 4 ppm Cu

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 120

IDEALE PER ACQUE: depurate e reflue

CONTENUTO DEL KIT:

- 2 flaconi da 30 ml di reagente Rame A
- 1 flacone da 30 ml di reagente Rame B
- 1 siringa da 5 ml
- 2 provette da 20 ml con tappo
- 1 comparatore ottico
- 1 scala cromatica
- istruzioni

OSSERVAZIONI:

- Il comparatore ottico contenuto nella confezione consente di effettuare il confronto del colore tra due provette contenenti la medesima quantità di acqua, a tutto vantaggio della precisione.
- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare sono poche, può essere conveniente l'impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente inferiore (da acquistare tramite rivenditori).

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI

Ricambio spectratest Cod.N° 6470

- 6 flaconi reagente rame A
- 3 flaconi reagente rame B

Confezione di 10 provette da 20 ml Cod.N° 3310