




6015 HCK TITRATEST SOLFITI

METODO DI ANALISI: Titolazione dei solfiti con potassio ioduro-iodato

SENSIBILITA': 0,5 ppm

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 2.000 ppm

IDEALE PER ACQUE: depurate, potabili e di circuiti termici

CONTENUTO DEL KIT:

- 1 flacone da 100 ml di titolante Solfiti 2 ppm
- 1 flacone da 25 ml di reagente Solfiti A
- 1 flacone da 25 ml reagente Solfiti B
- 2 provette da 20 ml
- 1 siringa da 5 ml
- 1 siringa di titolazione (3,75 ml)
- istruzioni

OSSERVAZIONI:

- La siringa di titolazione del Titratesst consente di ottenere anche per analisi effettuate sul campo una precisione paragonabile con quella delle burette di laboratorio, sia nei valori elevati che nei valori minimi, con limitatissimo consumo di campione e di reagenti. Tale precisione permette di ottenere anche sensibilità più elevate, su campioni di più di 5 ml.
- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare sono poche, può essere conveniente l'impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente inferiore (da acquistare tramite rivenditori).

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI

- Hydrocheck Titrator con 1 siringa di titolazione
- titolante, confezione da 6 flaconi con 1 siringa di titolazione
- reagenti A e B, confezione 3 flaconi A e 3 flaconi B
- siringa di titolazione, confezione da 6 pezzi

Cod.N° 7001

Cod.N° 6355

Cod.N° 6351

Cod.N° 7011