Analisi ALCALINITA' p

ISTRUZIONI PER L'USO

1) Sciacquare ripetutamente la provetta con l'acqua da controllare.

2) Riempire la provetta fino alla tacca da 5 ml.

3) Aggiungere 1 goccia di indicatore P ed agitare. L'acqua in presenza di alcalinita' p si colora in viola.

4) Aggiungere goccia a goccia la soluzione titolante tenendo il flacone inclinato ed agitare dopo l'aggiunta di ogni goccia. Contare le gocce necessarie per ottenere la scomparsa del colore viola. Ogni goccia consumata corrisponde ad un valore p = 1 (50 ppm $CaCO_3$).

Nota - Conservare i reagenti preferibilmente al riparo dalla luce (ad es. nell'astuccio) ed al fresco.