



## 1007 IPT ANIDRIDE CARBONICA

TIPO ANALISI: Acidità alla fenolftaleina

METODO: Titolazione con sodio idrato

SENSIBILITA': 0,5 gradi francesi (su campione 10 ml)

NUMERO DETERMINAZIONI: 625 gradi francesi

CONTENUTO DEL KIT:

- 1 flacone 25ml titolante Acidità
- 1 flacone 15ml indicatore P
- 1 provetta da 20ml
- istruzioni

OSSERVAZIONI:

- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte analisi e una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi inferiore.

RICAMBI E AMLESSORI:

- |   |             |
|---|-------------|
| • titolante acidità, confezione da 6 flaconi da 25ml  | Cod.N° 3105 |
| • titolante acidità, confezione da 6 flaconi da 250ml | Cod.N° 3106 |
| • indicatore, confezione da 6 flaconi da 15ml         | Cod.N° 3004 |
| • provetta da 20ml, confezione da 10                  | Cod.N° 3310 |

INTERFERENZE:

Colorazioni dell'acqua tali da impedire l'apprezzamento dei viraggi di colore degli indicatori.

Basse temperature dell'acqua rallentano il viraggio degli indicatori.

La temperatura consigliata per l'analisi è tra i 20 e i 30°C.