

IPT IDRAZINA

Istruzioni per l'uso

1. Risciacquare la provetta con l'acqua da analizzare e riempirla fino alla tacca di 5 ml.
2. Aggiungere 15 gocce di reattivo e agitare.
3. Dopo 5 minuti, porre la provetta sulla scala cromatica e, tralguardando dall'alto, individuare il colore che si avvicina maggiormente.