

IPT pH 0 - 5

Istruzioni per l'uso

1. Risciacquare la provetta con l'acqua da analizzare e riempirla fino alla tacca di 5 ml.
2. Aggiungere 2 gocce di indicatore e agitare.
3. Confrontare il colore così ottenuto con la scala colorimetrica.