



6106 HCK COLORTEST CLORO BISSIDO

METODO DI ANALISI: Misurazione dell'intensità del colore rosso formato per reazione del cloro libero con la n,n-dietil-p-fenilendiamina (DPD) in presenza di glicina

SENSIBILITA': 0,2 – 0,4 – 0,6 – 0,8 – 1,0 – 1,5 – 2,0 – 3,0 ppm ClO_2

NUMERO ANALISI EFFETTUABILI: 250

IDEALE PER ACQUE: reflue, potabili, depurate, di piscina

CONTENUTO DEL KIT:

- 1 flacone da 26 ml di reagente Cloro Bios. A
- 1 flacone da 26 ml di reagente Cloro Bios. B
- 1 flacone da 13 ml di reagente Cloro Bios. C
- 1 siringa da 5 ml
- 2 provette da 20 ml con tappo
- 1 comparatore ottico
- 1 scala cromatica
- istruzioni

OSSERVAZIONI:

- Il comparatore ottico contenuto nella confezione consente di effettuare il confronto del colore tra due provette contenenti la medesima quantità di acqua, a tutto vantaggio della precisione.
- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare sono poche, può essere conveniente l'impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente inferiore (da acquistare tramite rivenditori).

ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI

Confezione di 10 provette da 20 ml

Cod.N° 3310